pH Test

Sample	pH	Temp °C	Date/Time
pH 7 buffer check	7.015	23.9	10/6/97 11:22 AM
Whatman-1	8.324	23.9	10/6/97 11:33 AM
pH 7 buffer check	7.012	23.9	10/6/97 11:39 AM
Whatman-2	8.267	23.9	10/6/97 11:45 AM
pH 7 buffer check	7.012	23.9	10/6/97 11:51 AM
Whatman-3	8.600	23.9	10/6/97 11:57 AM
pH 7 buffer check	7.011	23.9	10/6/97 12:03 PM
Whatman-4	8.127	23.9	10/6/97 12:09 PM
pH 7 buffer check	7.011	23.9	10/6/97 12:15 PM
Gelman-1	8.148	23.9	10/6/97 12:21 PM
pH 7 buffer check	7.011	23.9	10/6/97 12:27 PM
Gelman-2	8.184	23.9	10/6/97 12:33 PM
pH 7 buffer check	7.009	23.9	10/6/97 12:38 PM
Gelman-3	8.207	23.9	10/6/97 12:44 PM
pH 7 buffer check	7.006	23.9	10/6/97 12:53 PM
Gelman-4	8.290	23.9	10/6/97 12:58 PM
pH 7 buffer check	7.010	23.9	10/6/97 01:04 PM
Performance Systematix-1	7.734	23.9	10/6/97 01:10 PM
pH 7 buffer check	7.006	23.9	10/6/97 01:16 PM
Blank	7.062	23.9	10/6/97 01:35 PM
pH 7 buffer check	7.008	23.9	10/6/97 01:42 PM
Performance Systematix-2	7.264	23.9	10/6/97 01:52 PM
pH 7 buffer check	7.008	23.9	10/6/97 01:58 PM
IM # 15 (1)	5.192	23.9	10/6/97 02:09 PM
pH 7 buffer check	7.008	23.9	10/6/97 02:15 PM
IM # 15 (2)	5.141	23.9	10/6/97 02:25 PM
pH 7 buffer check	7.010	23.9	10/6/97 02:31 PM
Performance Systematix-3	7.473	23.9	10/6/97 02:36 PM
pH 7 buffer check	7.000	23.9	10/6/97 02:42 PM
IM # 15 (3)	5.172	23.9	10/6/97 02:51 PM
pH 7 buffer check	7.005	23.9	10/6/97 02:57 PM
IM # 15 (4)	5.178	23.9	10/6/97 03:06 PM
pH 7 buffer check	7.002	23.9	10/6/97 03:12 PM
Performance Systematix-4	7.300	23.9	10/6/97 03:18 PM
pH 7 buffer check	7.007	23.9	10/6/97 03:25 PM
Degassed Optima	6.054	23.9	10/6/97 03:30 PM
pH 7 buffer check	7.005	23.9	10/6/97 03:36 PM

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/phfl0001